

Đông Triều, ngày 25 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ (LẦN 3)

Kính gửi: Các Công ty/doanh nghiệp quan tâm.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính Phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính Phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính Phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế;

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều có nhu cầu kiểm tra toàn bộ và đánh giá tình trạng của Máy rửa khử khuẩn dụng cụ Model 2532, hãng Steris/ Canada và Nồi hấp tiệt trùng Model Amsco 400, hãng Steris/ Mexico (có phụ lục đính kèm);

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều gửi thư mời để đơn vị có đủ điều kiện, năng lực tham gia.

Các đơn vị gửi báo giá chi tiết gồm các thông tin sau: Nhân công; đơn giá và các chi phí khác nếu có (Giá đã bao gồm thuế)

- Các đơn vị quan tâm tham gia có thể khảo sát thiết bị trước khi báo giá.

- Bản báo giá của các đơn vị đề nghị gửi về:

- Địa chỉ email: hoidongmuasamttytdt@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp và gửi qua đường công văn về Trung tâm.

- Địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều. Khu 5 – Phường Đức Chính – Tx. Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh. (Hội đồng mua sắm, sửa chữa). Điện thoại: 0203.3870.061.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá từ ngày 25/4/2024 đến 16h00 ngày 04/5/2024 (bao gồm cả thứ 7, chủ nhật).

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị công ty liên hệ

1. Ks. Phạm Trung Dũng – Số điện thoại: 036 23 02 999

Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc (để b/c)
- Lưu: VT;

MT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Trường

PHỤ LỤC

(Kèm theo thông báo số 784/TM-TTYT, ngày 25/4/2024 của TTYT thị xã Đông Triều)

TT	Tên hàng hóa	Mô tả tiêu chí kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm thực hiện công việc	Dự kiến hoàn thành công việc
1	Máy rửa khử khuẩn dụng cụ Model 2532, hãng Steris/Canada. Sử dụng năm 2017.	Màn hình điều khiển chương trình chạy bị lỗi, không có tín hiệu hiển thị. Nhiệt độ báo bị sai số trước khi màn hình mất tín hiệu. Hiện tượng dò nước qua gioăng cửa đưa dụng cụ vào.	Máy	01	Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều	
2	Nồi hấp tiệt trùng Model Amsco 400, hãng Steris/Mexico. Sử dụng năm 2017.	Màn hình điều khiển cảm ứng khi bấm không nhận tín hiệu chuẩn tại vị trí cần lệnh, bị lệch vị trí. Không điều khiển được chương trình hấp sấy.	Cái	01	Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều	

TK