

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Tổ chức/ cá nhân quan tâm

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội khóa 15 nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính Phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính Phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính Phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-TTYT ngày 17/01/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều Về việc ban hành Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ và bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều ;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-TTYT ngày 27/05/2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều Về việc sửa đổi Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ và bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều;

Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều có nhu cầu mua vật tư thay thế cho thiết bị y tế và y dụng cụ, để phục vụ công tác chuyên môn (có phụ lục đính kèm);

Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều gửi thư mời để đơn vị có đủ điều kiện, năng lực tham gia.

Các đơn vị gửi báo giá chi tiết gồm các thông tin sau: Tên hàng hóa hoặc dịch vụ, đơn vị tính; số lượng; đơn giá; thành tiền và các chi phí khác nếu có (Giá đã bao gồm thuế)

- Bản báo giá của các đơn vị đề nghị ký đóng dấu đại diện đơn vị, không nhận báo giá đóng dấu treo (Có mẫu báo giá kèm theo) và gửi về:

- Địa chỉ email: khoaduoc.ttytdt2016@gmail.com, đồng thời văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp và gửi qua đường công văn về Trung tâm.

- Địa chỉ tiếp nhận: Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều. Phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. (Hội đồng mua sắm, sửa chữa). Điện thoại: 0358 091 818

- Thời hạn tiếp nhận báo giá từ ngày 07/08/2025 đến 16h00 ngày 16/08/2025 (bao gồm cả thứ 7, chủ nhật).

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị công ty liên hệ

1. Ks. Phạm Trung Dũng – Số điện thoại: 036 23 02 999

Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám đốc (để b/c)
- Lưu: VT;

VT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Trường

PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời số 252/TM-TTĐT, ngày 07/08/2025 của TTĐT thành phố Đông Triều)



STT	Tên hàng hoá / dịch vụ	Model, hãng thiết bị đang dùng	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
I	Vật tư thay thế cho Máy theo dõi Bệnh nhân, Máy điện tim, Máy theo dõi sản khoa, máu liên tâm và y dụng cụ				
1	Bao đo huyết áp dùng cho Máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare. Model: B40i. Nước sản xuất: Phần Lan.	- Loại: 1 ống - Kiểu: quần tay - Kích thước: 25*35 cm, cho người lớn - Giác nối: 01 Cái - Chiều dài ống: 35 cm - Thể tích đo : 0-250mmgh - Chất liệu: Sử dụng các thành phần không chứa latex và độ tương thích sinh học cao. - Ruột bao có thể tháo rời, cho việc làm sạch, dễ dàng làm sạch và khử trùng bằng các dung dịch khử trùng phổ biến. - Loại: Dùng nhiều lần.	Cái	5	
2	Bao đo huyết áp dùng cho Máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden. Model PVM-2701/ Nhật Bản.	- Loại: 1 ống - Kiểu: quần tay - Kích thước: 25*35 cm, cho người lớn - Giác nối: 01 Cái - Chiều dài ống: 35 cm - Thể tích đo : 0-250mmgh - Chất liệu: Sử dụng các thành phần không chứa latex và độ tương thích sinh học cao. - Ruột bao có thể tháo rời, cho việc làm sạch, dễ dàng làm sạch và khử trùng bằng các dung dịch khử trùng phổ biến. - Loại: Dùng nhiều lần	Cái	4	
3	Cảm biến đo SP02 dùng cho Máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare. Model: B40i Phần Lan	- Chất liệu: Dây cáp vỏ TPU - Size: Người lớn - Kiểu đầu đo SPO2: dạng clip cao su mềm - Số chân cắm đầu vào máy: 11 Chân - Dải đo Spo2: 85% - 100 % - Dải đo chính xác: 70%- 100% - Sai số cho phép: $\pm 3 \%$	Cái	4	

Handwritten signature



		- Cảm biến hồng ngoại: 600 - 700 nm - Chiều dài cáp nối: 3.0 m - Số giờ sử dụng: 1000 giờ - Hạn sử dụng: 3 năm - Đóng gói: 1 cái/túi - Áp dụng: Máy theo dõi bệnh nhân GE - Không chứa latex, đạt tiêu chuẩn FDA/CE/ISO			
4	Cảm biến đo SP02 dùng cho Máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden. Model PVM-2701/ Nhật Bản.	- Chất liệu: Dây cáp vỏ TPU - Size: Người lớn >40 kg - Kiểu đầu đo SPO2: Dạng clip cao su mềm - Số chân cắm đầu vào máy: 14 Chân - Dải đo Spo2: 85% - 100 % - Dải đo chính xác: 70%- 100% - Sai số cho phép: $\pm 3 \%$ - Cảm biến hồng ngoại: 600 - 700 nm - Chiều dài cáp nối: 3.0 m - Số giờ sử dụng: 1000 giờ - Hạn sử dụng: 3 năm - Đóng gói: 1 cái/túi - Áp dụng: Máy theo dõi bệnh nhân Nihonkohden - Không chứa latex, đạt tiêu chuẩn FDA/CE/ISO	Cái	4	
5	Cáp điện tim dùng cho Máy theo dõi bệnh nhân hãng GE Healthcare. Model: B40i Phần Lan	- Loại điện cực: điện cực kẹp chỉ - Chất liệu: TPU y tế, không chứa latex, đảm bảo an toàn và độ bền cao. - Số chân cắm đầu vào máy: 11 Chân - Chiều dài dây: 3.4m, - Số lượng đạo trình: 3 đạo trình. - Chuẩn kết nối: chuẩn IEC - Điện trở đầu vào: Trên 20 MΩ. - Tỷ lệ triệt nhiễu đồng pha (CMRR): Trên 100 dB - Tần số đáp ứng: Thường từ 0.05 Hz đến 150 Hz - Độ nhạy: 10 mm/mV $\pm 2\%$, - Đóng gói: 1 cái/túi.	Cái	2	
6	Cáp điện tim dùng cho Máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden.	- Loại điện cực: điện cực kẹp chỉ - Chất liệu: TPU y tế, không chứa latex, đảm bảo an toàn và độ bền cao.	Cái	2	

	Model PVM-2701/ Nhật Bản.	- Số chân cắm đầu vào máy: 12 Chân - Chiều dài dây: 3.4m, - Số lượng đạo trình: 3 đạo trình. - Chuẩn kết nối: chuẩn IEC - Điện trở đầu vào: Trên 20 MΩ. - Tỷ lệ triệt nhiễu đồng pha (CMRR): Trên 100 dB - Tần số đáp ứng: Thường từ 0.05 Hz đến 150 Hz - Độ nhạy: 10 mm/mV $\pm 2\%$, - Đóng gói: 1 cái/túi			
7	Cáp nối dây cảm biến đo SPO2 cho Máy theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden. Model PVM-2701/ Nhật Bản.	- Dây dài : 2,8m - Đầu vào máy : 14 chân cắm - Đầu ra : 09 chân cắm - Tương thích máy theo dõi bệnh nhân Nihonkohden	Cái	1	
8	Đầu đo tim thai của Máy đo tim thai bằng sóng siêu âm Model: BT-250 Hãng Bistos	- Tương thích với máy theo dõi sản khoa BT-250	Cái	1	
9	Đầu đo tim thai của Máy monitor sản khoa Model: Avalon FM20. Hãng: Philips	- Đầu dò theo dõi tim thai tương thích máy monitor sản khoa Avalon của hãng Philips - Phương pháp đo: Siêu âm Doppler xung. - Dải đo: 50-240 nhịp/phút - Độ phân giải hiển thị: 1 nhịp/phút - Biến động tại 200 nhịp/phút: ≤ 3 nhịp/phút - Công suất đầu ra trung bình: 7.4 mW (sai số ± 0.4) - Áp suất âm thanh đỉnh : 40.4 kPa với sai số ± 4.3 kPa - Tần số siêu âm 1MHz ± 100Hz - Dải tín hiệu siêu âm từ 3.5 μVpp đến 350 μVpp ở tần số 200Hz	Cái	1	
10	Đầu đo con co tử cung của Máy monitor sản khoa Model: Avalon FM20. Hãng: Philips	- Đầu dò theo dõi con co tử cung tương thích máy monitor sản khoa Avalon của hãng Philips - Phương pháp đo bằng cảm biến lực căng - Độ nhạy 1 đơn vị : 2,5g - Độ phân giải hiển thị là: 1 đơn vị - Khoảng đo: 400 đơn vị - Dải tín hiệu từ 0 đến 127 đơn vị	Cái	1	

		- Tự động hiệu chỉnh điểm không trong vòng 5 giây			
11	Đầu đo tim thai của Máy monitor sản khoa Model: UT3000. Hãng: Goldway	- Là probe 3-in-1 kết hợp truyền siêu âm (US fetal) và đo co bóp tử cung (TOCO) - Đầu nối: loại round 6-pin (Redel 6-pin, 2 guide) tương thích máy UT3000 - Probe làm từ TPU màu xám; dây cáp màu xám, lớp bọc TPU chịu uốn cong cao - Ứng dụng: theo dõi điện tim thai (CTG), giám sát xoay chiều tử cung và nhịp tim thai trong sản khoa	Cái	1	
12	Đầu đo cơn co tử cung của Máy monitor sản khoa Model: UT3000. Hãng: Goldway	- Là probe riêng cho chức năng TOCO, chỉ xác định cơn co tử cung (không bao gồm khả năng đo nhịp tim thai nếu không là probe 3-in-1). - Đầu nối: Round 6-pin Redel với 2 guide, tương thích máy UT3000. - Vật liệu thân & dây: TPU (Thermoplastic Polyurethane), màu xám, chịu uốn xoắn và bền cơ học - Chức năng: Đo cơn co tử cung (TOCO) cho sản khoa - Chiều dài cáp: 3 m - Nhiệt độ hoạt động: 5 °C đến 40 °C - Độ ẩm tương đối: 10% đến 80% RH - Dải đo nhịp (Pulse): 30–240 bpm độ chính xác ± 2 bpm, mức sai lệch SpO₂ khoảng $\pm 3\%$	Cái	1	
13	Cáp điện tim	Máy điện tim 6 kênh Model ECG-1250K (gồm dây cáp tín hiệu + Kẹp chi + Điện cực hút trước ngực) 1. Dây cáp tín hiệu điện tim -Chất liệu: Cáp bằng TPU chất lượng cao. -Tương thích với máy điện tim Nihonkohden. 2. Điện cực kẹp 4 chi - Chất liệu: Niken -Đường kính đầu cắm: 3mm/4mm -Màu của 4 điện cực theo chuẩn IEC -Tương thích với máy điện tim Nihonkohden.	Bộ	11	

		3. Bộ điện cực hút trước ngực (06 Cái) -Chất liệu: Niken -Đường kính đầu cắm: 3mm/4mm -Đường kính hút: 28mm -Tương thích với máy điện tim Nihonkohden			
14	Bộ đổi nguồn 9v, dùng cho máy châm cứu điện châm	Điện áp vào 220AC. Điện áp ra 9V - 2A	Bộ	5	
15	Dây cáp điện cực đã gắn đầu nối	Tương thích cho Máy điện châm, Máy châm cứu 5002 CABLE-A	Cái	30	
16	Bóng đèn gù	Bóng đèn Halogen, loại ngạnh 24V-25W. Bóng dạng tròn có tráng gương phản xạ phía trên; Độ rộng đuôi đèn 15mm; Đường kính bôn 40mm, Chiều cao toàn bộ đỉnh bóng đến đuôi là 60mm.	Cái	20	
17	Bóng đèn máy nội soi TMH	Loại bóng Halogen. -Công suất bóng: 24V-250W -Loại có chóa; 02 chân cắm -Kiểu đuôi: GZ6.35 -Tương thích cho nguồn sáng máy nội soi tai mũi họng.	Cái	10	
18	Ốc tay khoan nhanh	Ốc cho tay khoan siêu tốc hàng NSK loại 4 lỗ	Cái	6	
19	Ống nội soi tai mũi họng 0 độ	Ống nội soi mũi dùng trong y tế, 0 độ, phi 2.7mm X 110 mm	Cái	4	
20	Ống nội soi tai mũi họng 0 độ	Ống nội soi mũi dùng trong y tế, 0 độ, phi 4mm X 175 mm	Cái	4	
21	Gu găm xương phẫu thuật Jansen thẳng 18cm, số 1	- Gu găm xương phẫu thuật kiểu không cộng lực, thẳng. - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 18cm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	1	
22	Gu găm xương phẫu thuật Stille-Ruskin cong 23cm	- Gu găm xương phẫu thuật kiểu cộng lực, đầu cong. - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 23cm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	2	

74



23	Kẹp phẫu thuật Satinsky 27.5cm (Clamp)	- Kẹp phẫu thuật kiểu Satinsky. - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 27.5cm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	2	
24	Kẹp giữ xương phẫu thuật Lane có khóa, 33cm	- Kẹp giữ xương phẫu thuật kiểu Lane có khóa hãm. - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 33cm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	2	
25	Kẹp giữ xương phẫu thuật Kern có khóa, 21cm	- Kẹp giữ xương phẫu thuật kiểu Kern có khóa hãm. - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 21cm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	1	
26	Kẹp giữ xương phẫu thuật 20.5cm	- Kẹp giữ xương phẫu thuật có khóa hãm. - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 20.5cm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	1	
27	Tuốc nơ vít	- Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 24 cm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	1	
28	Tuốc nơ vít	- Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 24 cm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	1	
29	Kìm cắt chỉ thép 23cm	- Kìm cắt chỉ thép lưỡi ngang, kiểu cộng lực. - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 23cm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	1	
30	Ống hút sọ não có tay bít hình ovan		Cái	1	
31	Kẹp phẫu thuật Bulldog De Bakey thẳng 7.5cm	- Kẹp phẫu thuật kiểu Bulldog De Bakey thẳng. - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 7.5cm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	2	

32	Kìm mang kim. Hãng Iscon Surgicals Limited/ Ấn độ	-Kiểu đầu cong, không khóa, dùng cho chỉ 9/0 hoặc 10/0 - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Hàm tiêu chuẩn 12,5mm - Kích thước: dài 125mm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	3	
33	Panh rút chỉ. Hãng Iscon Surgicals Limited/ Ấn độ	-Kiểu đầu thẳng, không mẫu, dùng cho chỉ 8/0 đến 11/0 - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 100mm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	2	
34	Panh kẹp thân mộng. Hãng Iscon Surgicals Limited/ Ấn độ	-Kiểu đầu cong, hàm răng cưa, không mẫu. - Kích thước: dài 75mm - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	2	
35	Kéo Vannas cong. Hãng Iscon Surgicals Limited/ Ấn độ	-Kiểu đầu lưỡi cong nhẹ. -Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 90mm - Đầu cong dài 6mm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	3	
36	Panh kết mạc. Hãng Iscon Surgicals Limited/ Ấn độ	-Kiểu đầu thẳng, không mẫu. -Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 90mm. - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	Cái	3	
37	Dây tay dao điện	Dây tay dao của Dao mổ điện cao tần Model ESX 300NT. Mã dây 26176L	Cái	02	
38	Bóng đèn kính sinh hiển vi	Bóng đèn halogen 12V-30W	Cái	03	
39	Bóng đèn kính sinh hiển vi	Bóng đèn halogen 6 V-10W	Cái	02	
40	Bộ chuyển đổi hình ảnh	Bộ chuyển đổi hình ảnh từ	Bộ	04	
41	Kéo phẫu thuật Iris cong 11.5cm	- Kéo cong, 2 đầu nhọn, dùng trong phẫu thuật. - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 11.5cm	cái	50	

74

		- Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.			
42	Kéo cong nhọn 18.5cm	- Kéo cong, 2 đầu nhọn, dùng trong phẫu thuật. - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 18.5cm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	cái	40	
43	Kéo thẳng nhọn 18.5cm	- Kéo thẳng, 2 đầu nhọn, dùng trong phẫu thuật. - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 18.5cm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	cái	70	
44	Panh thẳng có máu 18cm	- Panh phẫu thuật kiểu Kocher, thẳng. - Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. - Kích thước: dài 18cm - Hấp tiệt trùng ở 134°C trong thời gian 3 đến 4 phút.	cái	40	
45	Khay quả đậu	-Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. -Kích thước: (DxRxS) 20 x 9 x 4 cm (±5%)	cái	40	
46	Cốc Inox F 8	-Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ. -Kích thước: Đường kính ≤ 8cm, chiều cao ≤ 5cm	cái	60	

th

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Tên nhà cung cấp).....

Địa chỉ:.....

Mã số thuế.....

Số điện thoại.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều

Địa chỉ: Phường Đức Chính, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ vào Thư mời chào giá số /TM-TTYT ngày tháng năm 2025 của Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều về việc ...

(Tên nhà cung cấp) xin gửi tới Trung tâm Y tế thành phố Đông Triều bảng báo giá như sau:

STT	Tên hàng hoá/dịch vụ	Thông số kỹ thuật, chất liệu, kích thước/mô tả dịch vụ...	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1						
2						
3	Các chi phí khác (Nếu có : nhân công, vận chuyển ..)					
.....						
	Cộng					
	Thuế GTGT ...%					
	Tổng cộng					

Bảng chữ:

- Báo giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan khác.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm 2025.

- Chúng tôi cam kết:

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

Ký tên, đóng dấu